



# NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

adresa: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka - Hrvatska

tel: + 385 51 358 777, fax: + 385 51 213 948

e-mail: [ravnatelj@zzjzpgz.hr](mailto:ravnatelj@zzjzpgz.hr), [www.zzjzpgz.hr](http://www.zzjzpgz.hr)

MB: 3393585, OIB: 45613787772

žiro rn: 2402006-1100369379, IBAN: HR9224020061100369379

Rijeka, 28.09.2020.

Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije objavljuje

## IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Predmet nabave: **Laboratorijski testovi, zbog epidemije COVID-19“, po grupama (2 grupe)**

Evidencijski broj nabave: 36-JN-2020

Novi: 37-JN-2020.

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije je na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) dana 28. kolovoza 2020. godine objavio prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet dana od dana objave.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije do 02. rujna 2020. godine zaprimio je pitanja na koje dajemo odgovore kako slijedi:

### 1. PITANJE

Molimo da se u dokumentu „TROŠKOVNIK LAB. TESTOVI – COVID-10 – grupa 1.xlsx“ izmjenjene specifikacije iz:

"RT-PCR kit za određivanje COVID-19 (A100) koji uključuje tri gena I to:

RdRp gen (FAM)

E gen (Texas Red)

N gen (JOE)"

U (ili jednakovrijedno)



#### ispostave:

**CRES:** Turion 26, 51557 Cres, tel: 572 218 + **CRKVENICA:** Kotorska 13a, 51260 Crikvenica, tel: 241 055

**DELNICE:** I. G. Kovačića 1, 51300 Delnice, tel: 811 925 + **KRK:** Vinogradska 2b, 51500 Krk, tel: 221 955

**MALI LOŠINJ:** D. Skopinića 4, 51550 Mali Lošinj, tel: 233 574 + **OPATIJA:** Stubište dr. V. Ekl 1, 51410 Opatija, tel: 718 067

**RAB:** Palit 143a, 51280 Rab, tel: 776 924

#### centri:

**KOSTRENA:** Glavani 89a, 51221 Kostrena, tel: 505 921 + **MATULJI:** Cesta dalm. brigada 30b, 51211 Matulji, tel: 554 123

**VIŠKOVO:** Marinići 9, 51216 Viškovo, tel: 499 515

"RT-PCR kit za određivanje COVID-19 (A100) koji uključuje minimalno dva gena od sljedećih preporučenih od WHO: Orf1ab, RdRp s ili bez S gena, N i E gen"

**ODGOVOR:**

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno zahtjevima struke. Struka traži obavezno 3 gena iako nije specifičan ali je osiguranje i potvrda da se radi o COVID-19. Na taj način osigurava se kvaliteta, nema ponavljanja nalaza te samim tim dolazi se do indirektno štednje.

**2. PITANJE**

2.1. Molimo vas da dozvolite da maksimalan rok za isporuku robe bude 10 kalendarskih dana.

**ODGOVOR:**

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, jer je cilj Naručitelja da što kvalitetnije i što brže suzbije pandemiju uzrokovanu virusom COVID-19.

2.2. Molimo vas da u troškovniku / tehničkoj specifikaciji dozvolite nuđenje multiplex kitova čije su fluorescentne probe označene i bojama srodnog spektra.

**ODGOVOR:**

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj ima u vlasništvu aparat na kojemu je aplicirao određene boje koje ne može mijenjati u trenutnoj situaciji dok traje epidemija, te nema vremena za promjenu i prilagođavanje traženome.

**3. PITANJE**

Predlažemo da se u sklopu tablice troškovnika ukloni sljedeće:

- Oznaka boje za svaki navedeni gen, obzirom da različiti proizvođači imaju različite boje za određivanje gena.

**ODGOVOR:**

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj je boje prilagodio uređaju, a ne proizvođaču. Cilj je naručitelja da se što prije suzbije epidemija COVID-19, te nema vremena niti tehničke mogućnosti za promjenu traženog.

**4. PITANJE**

4.1. Molimo da se izmjeni opis kita kojeg tražite te da se dopusti nuđenje kitova koja imaju barem dva gena. Geni specifični za SARS-CoV2 virus Orf1ab, RdRp, N, S"

4.2. Molimo da se iz opisa kita makne zahtjev kojom bojom se detektira pojedina genska sekvenca.



**ispostave:**

**CRES:** Turion 26, 51557 Cres, tel: 572 218 + **CRKVENICA:** Kotorska 13a, 51260 Crikvenica, tel: 241 055

**DELNICE:** I. G. Kovačića 1, 51300 Delnice, tel: 811 925 + **KRK:** Vinogradska 2b, 51500 Krk, tel: 221 955

**MALI LOŠINJ:** D. Skopinića 4, 51550 Mali Lošinj, tel: 233 574 + **OPATIJA:** Stubište dr. V. Ekl 1, 51410 Opatija, tel: 718 067

**RAB:** Palit 143a, 51280 Rab, tel: 776 924

**centri:**

**KOSTRENA:** Glavani 89a, 51221 Kostrena, tel: 505 921 + **MATULJI:** Cesta dalm. brigada 30b, 51211 Matulji, tel: 554 123

**VIŠKOVO:** Marinići 9, 51216 Viškovo, tel: 499 515

4.3. Molimo da se izmjeni traženo pakiranje od 100 testova obzirom da nemaju svi proizvođači identičan broj testova u jednom kitu, te da se kao jedinica mjere stavi test.

4.4. Molimo da razmotrite u necjenovne kriterije i bodove rangiranja uvrsti trajanje testa 90 minuta i manje na ABI7500.

#### **ODGOVOR:**

4.1. Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Traženjem određenih specifikacija ne pogoduje se nikome, budući da su već uvedene metode, te je njihova izmjena nemoguća u vremenu rasta broja zaraženih osoba. Struka traži obavezno 3 gena iako nije specifičan, ali je osiguranje i potvrda da se radi o COVID-19. Na taj način osigurava se kvaliteta, nema ponavljanja nalaza te samim tim dolazi se do indirektno štednje.

4.2. Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj je boje prilagodio uređaju, a ne proizvođaču. Cilj je naručitelja da se što prije suzbije epidemija COVID-19, te nema vremena niti tehničke mogućnosti za promjenu traženog.

4.3. Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Gospodarski subjekt neka svoju cijenu prilagodi traženom pakiranju da bi ponude bile usporedive.

4.4. Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Skraćivanje trajanja testa utječe na osjetljivost i specifičnost samog testa što može utjecati na ishod rezultata testiranja.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu



#### **ispostave:**

**CRES:** Turion 26, 51557 Cres, tel: 572 218 + **CRIKVENICA:** Kotorska 13a, 51260 Crikvenica, tel: 241 055

**DELNICE:** I. G. Kovačića 1, 51300 Delnice, tel: 811 925 + **KRK:** Vinogradska 2b, 51500 Krk, tel: 221 955

**MALI LOŠINJ:** D. Skopinića 4, 51550 Mali Lošinj, tel: 233 574 + **OPATIJA:** Stubište dr. V. Ekl 1, 51410 Opatija, tel: 718 067

**RAB:** Palit 143a, 51280 Rab, tel: 776 924

#### **centri:**

**KOSTRENA:** Glavani 89a, 51221 Kostrena, tel: 505 921 + **MATULJI:** Cesta dalm. brigada 30b, 51211 Matulji, tel: 554 123

**VIŠKOVO:** Marinići 9, 51216 Viškovo, tel: 499 515