



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

adresa: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka - Hrvatska

tel: + 385 51 358 777, fax: + 385 51 213 948

e-mail: ravnatelj@zzjzpgz.hr, www.zzjzpgz.hr

MB: 3393585, OIB: 45613787772

žiro rn: 2402006-1100369379, IBAN: HR9224020061100369379

Rijeka, 03.08.2022.

Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Predmet nabave: **Brzi multipleks PCR testovi za COVID-19**

Evidencijski broj nabave: 46-JN-2022

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije je na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) dana 27.07.2022. godine objavio prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave i troškovnikom, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju do 02.08.2022. godine.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije do 02.08.2022. godine zaprimio je pitanja na koje daje odgovore kako slijedi:

1. PITANJE

Prema točki 2.1. Nacrta dokumentacije o nabavi traženo je da testovi za brze multipleks testove za COVID-19 moraju sadržavati primere i probe za detekciju 3 ciljane sekvence SARSCoV-2: RdRp, E, N.

Među traženim PCR ciljevima, E gen smatra se najmanje specifičnim i pokazuje značajnu homologiju sekvenci s drugim tipovima koronavirusa, tj. nije specifičan za SARS-CoV-2. Iz navedenog razloga, predlažemo sljedeću izmjenu tehničke specifikacije, a koja se odnosi na ciljane sekvence SARS-CoV-2 :

- Mora sadržavati primere i probe za detekciju minimalno 2 ciljane sekvence SARS-CoV2: RdRp, N

Također, ovom izmjenom omogućilo bi se nuđenje novijih CE-IVD testova koji su specifični za SARS-CoV-2.

ODGOVOR:

Prijedlog gospodarskog subjekta da se izmjeni natječajna dokumentacija u brzi PCR za detekciju dvije ciljane sekvence se **ne prihvata** jer naručitelj konstantno radi pretrage na tri gena na tri vrste testova (brzi, ultrabrizi i spori PCR) i za sada tako nastavlja.



ispostave:

CRES: Turion 26, 51557 Cres, tel: 572 218 + **CRIKVENICA**: Kotorska 13a, 51260 Crikvenica, tel: 241 055

DELNICE: I. G. Kovačića 1, 51300 Delnice, tel: 811 925 + **KRK**: Vinogradska 2b, 51500 Krk, tel: 221 955

MALI LOŠINJ: D. Skopinića 4, 51550 Mali Lošinj, tel: 233 574 + **OPATIJA**: Stube dr. V. Ekl 1, 51410 Opatija, tel: 718 067

RAB: Palit 143a, 51280 Rab, tel: 776 924





NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

adresa: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka - Hrvatska

tel: + 385 51 358 777, fax: + 385 51 213 948

e-mail: ravnatelj@zzjzpgz.hr, www.zzjzpgz.hr

MB: 3393585, OIB: 45613787772

žiro rn: 2402006-1100369379, IBAN: HR9224020061100369379

2. PITANJE:

Vežano za otvoreni postupak javne nabave ev. br. 46-JN-2022, kako biste omogućili ravnopravno sudjelovanje što više ponuditelja, a samim time i ekonomski najpovoljniju ponudu molim Vas za sljedeću izmjenu dokumentacije:

- omogućite nuđenje testa koji detektira dvije ciljne sekvence virusnog genoma (N i RdRp)
- omogućite da fluorescentne probe za detekciju ciljnih sekvenci budu obilježene bojama: FAM, HEX (JOE/VIC) i ROX
- izmijenite pakiranje testova u pakiranje dostatno za izvođenje 50 reakcija (testova)

ODGOVOR:

Prijedlog gospodarskog subjekta da se izmjeni natječajna dokumentacija u brzi PCR za detekciju dvije ciljne sekvence se **ne prihvaća** jer naručitelj konstantno radi pretrage na tri gena na tri vrste testova (brzi, ultrabrzi i spori PCR) i za sada tako nastavlja.

Naručitelj **ne prihvaća** prijedlog gospodarskog subjekta što se tiče pakiranja od 50 testova. Naručitelju je to apsolutno neprihvatljivo jer radimo uvijek seriju od 96 testova i manje pakiranje zahtjeva puliranje reagensa iz dva pakiranja u jednu reakciju.

3. PITANJE:

U dokumentaciji za postupak javne nabave br. 46-JN-2022, predmet nabave: Brzi multipleks PCR testovi za COVID-19, kao sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude, između ostalog navedeno je i kaucijsko jamstvo. Lijepo molimo za izmjenu dokumentacije u smislu da se i kao sredstvo jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi također može dati kaucijsko jamstvo.

ODGOVOR:

Naručitelj **ne prihvaća** prijedlog gospodarskog subjekta te jamstva za uredno ispunjenje ugovora ostaju sukladno Nacrtu dokumentacije o nabavi.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu



ispostave:

CRES: Turion 26, 51557 Cres, tel: 572 218 + CRIKVENICA: Kotorska 13a, 51260 Crikvenica, tel: 241 055

DELNICE: I. G. Kovačića 1, 51300 Delnice, tel: 811 925 + KRK: Vinogradska 2b, 51500 Krk, tel: 221 955

MALI LOŠINJ: D. Skopinića 4, 51550 Mali Lošinj, tel: 233 574 + OPATIJA: Stube dr. V. Ekl 1, 51410 Opatija, tel: 718 067

RAB: Palit 143a, 51280 Rab, tel: 776 924

